

PREGÃO PRESENCIAL 21/2016

ANEXO I - TERMO DE REFÊRENCIA

Das especificações dos itens e da estimativa de custos, com base nas cotações prévias realizadas no mercado:

Item	Material	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Global
1	Cadeira	Cadeira Fixa em madeira compensado anatômico de 12mm. Estofada com espuma injetada de alta densidade. Revestida em tecido preto. Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado com pintura epóxi na cor preta.	Unidade	06	69,77	418,62
2	Balde a pedal / Lixeira	Lixeira Inox com no mínimo 15 Litros Com Pedal E Balde. Cobertura do pedal com textura antiderrapante. Sistema embutido de acionamento. Cesto interno lavável.	Unidade	05	159,09	795,45
3	Armário de Madeira	Armário Alto fechado para escritório MDF ou MDP ou madeira, com 02 portas, 3 prateleiras, altura mínima 1,50m, largura 0,70cm, profundidade 0,40 cm., Portas com chave. Cor: Cinza.	Unidade	03	340,00	1020,00
4	Estante	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras Medidas Mínimas: 176x92x30cm. Cor: Cinza. Com Reforço. Capacidade Mínima (Suporte): 20 Kg.	Unidade	03	171,93	515,79
5	Mesa para Impressora	Tampo em MDF de 15mm (Cinza). Pés feitos em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi (Cinza ou Preto). Medidas Mínimas: 50 x 40 x 70 cm.	Unidade	01	165,00	165,00
6	Mesa de Escritório	Mesa modelo escrivaninha, em L , tampo 15mm em MDP / MDF ou Madeira (Cinza), pé de ferro com pintura epóxi (preto ou cinza), 2 gavetas com chave (Cinza). Medidas mínimas: 74cm altx60cm largx120cm x comp.	Unidade	02	359,69	719,38
7	Biombo	Biombo 03 módulos e 3 partes em tecido branco, estrutura em aço . Medidas Mínimas: 0,6 m x 0,66 m x 0,6 m x 1,75 m (lado x centro x lado x altura).	Unidade	03	387,00	1161,00
8	Esfigmomanômetro Adulto	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Adulto (circunferência do braço de 18 até 35 cm).	Unidade	02	94,86	189,72
9	Estetoscópio Infantil	Auscultador Pediátrico 3,5cm, Membrana em plástico rígido, Anel rosqueado de cobre, cromado, Tubo em Y de PVC, Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), Fone biauricular de cobre cromado, Par de oliva e auscultador duplo	Unidade	01	29,44	29,44
10	Esfigmomanômetro Obeso	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Obeso (circunferência do braço de 35 até 51 cm).	Unidade	01	119,91	119,91
11	Esfigmomanômetro Infantil	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Infantil (circunferência do braço de 10 a 18cm).	Unidade	01	112,92	112,92

12	Carro Maca Simples	Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1,1/4"x1,25 mm, Leito fixo em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel, Suporte para soro em inox, pára-choque de borracha, Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm, Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal. Leito estofado. Com colchonete	Unidade	01	2.059,33	2059,33
13	Arquivo	Material: Aço, 3 gavetas para pasta suspensa confeccionadas em chapa 24, trilho telescópico. Medidas: 1030x460x550, Cor: Cinza.	Unidade	01	479,45	479,45
14	Cilindro de Gases Medicinais	Aço, mínimo de 03L, válvula, manômetro e fluxômetro.	Unidade	02	1.665,25	3330,50
15	Laringoscópio Adulto	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02	680,28	1360,56
16	Laringoscópio Infantil	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02	673,22	1346,44
17	Balança Antropométrica Adulto	Digital. Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g, Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Tamanho da plataforma: 380x290mm.	Unidade	03	1.408,55	4225,65
18	Balança Antropométrica Infantil	Digital. Cobertura em ABS, Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, Pés reguláveis, Função TARA, até 15kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V).	Unidade	03	899,10	2697,30
19	Oxímetro digital	Tela de fácil leitura com indicador de pulso, Portátil, leve e de fácil uso, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, com 3 sensores: pacientes adultos, pediátricos e neonatos, Tom de pulso e alarmes programáveis, Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis, Indicação da carga da bateria, data e hora, Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções. Características: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor), Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. Possui curva plestimografica.	Unidade	01	2.765,11	2765,11
20	Eletrocardiógrafo	03 canais, bateria interna, Memória, Tela LCD, Suporte com Rodízios e Software para exame em	Unidade	01	8.910,00	8910,00

		computador(APENAS PARA VISUALIZAÇÃO DO EXAME NO COMPUTADOR – FORMATO PDF, COM USO DE PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS). 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, Rolo de papel 58mm/30m, 06 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, possui laudo interpretativo.				
21	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Equipamento portátil, compacto, leve, micro processado, Funcionamento a bateria, IP55 conforme IEC – 60529; Onda bifásica exponencial truncada; autonomia da bateria não recarregável para: 200 choques com carga máxima, 04h de monitoração contínua, Autoteste automático Diário, Semanal e Mensal de funcionamento; Tempo de carga para 150 Joules ≤10 segundos; 02 anos de durabilidade do eletrodo sem utilização Eletrodos adesivos e descartáveis para desfibrilação; Protocolo configura de fábrica de acordo com normas Vigentes, Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento. Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC, Ajuste automático da carga de disparo, Monitoramento do paciente durante RPC, Monitoração da impedância dos eletrodos, Detecção automática do batimento cardíaco, Indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca. Acessórios: 03 eletrodos adesivos descartáveis, Bolsa para armazenamento. Possui tela de ECG.	Unidade	01	5.836,00	5836,00
22	Mesa Ginecológica	Gabinete, construído em chapa de aço esmaltado, pés com ponteiros. Tres (3) amplas gavetas, e 2 portas de abrir, suporte para rolo de papel lençol de 0.50 cm. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos atraves de cremalheiras, par de porta coxas regulaveis e estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. Modelo PINTURA - TODA NA COR BRANCO, EM EPOXY MICRO TEXTURIZADO E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCETO PARTES CROMADAS. ESTOFAMENTOS – PRETO.	Unidade	03	3.657,50	10972,50
23	Armário de aço	Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas com chave. Medidas: altura 1,98m, profundidade: 0,40m, largura 0,75cm. Pintura Epoxi na Cor Cinza.	Unidade	03	445,07	1335,21
24	Autoclave Horizontal de Mesa (Até 75l)	Digital, Câmara de Esterilização em aço inoxidável, Dimensões externas mínimas: 47 x 50 x 60cm (A x L x C), Dimensões internas mínimas: 30x 40cm (Ø X comprimento), Peso: 35Kg. Potência e tensão: 1500W /110 ou 220 V, pressão e temperatura: 1Kgf/cm2 /Até 121°C padrão O.M. Capacidade Mínima: 20 litros. Capacidade maxima: 75 litros	Unidade	01	2.625,91	2625,91
25	Balança digital para obesos	PESAGEM: Capacidade (kg) x Divisão(g) 300x100; DISPLAY / VISOR: LED Vermelho de alto brilho; DISPLAY DE PESO: 5 Dígitos (Até	Unidade	02	2.040,66	4081,32

		999,99); TECLADO: 4 Teclas de Fácil Digitação; DIMENSÃO DO INDICADOR: C 150mm x L 170mm x A 70 mm; TENSÃO: Automático, 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - Fonte Externa; FUNÇÃO: Liga / Desliga / Tara / Zero; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: C 50cm x L 50cm; ALTURA DA COLUNA (COM DOBRADIÇA): 120cm; ANTROPÔMETRO: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm; FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50/60 Hz; CONSUMO MÁXIMO: 15 W; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: De 0° a 40°C; TAPETE: Antiderrapante adesivo na cor Preta. INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 162/04.				
26	Detector Fetal	Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II – Médio Risco, Faixa de medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto, Tensão (Volts) - 9VDC, Tipo de corrente - CC (Contínua), Equipamento comum – IPX1, Tipo de alimentação - Bateria 9V, Potência Máxima de consumo (mW) - 405, Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%, Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36, Controles - Liga/desliga, Volume, Indicadores - Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitais). Portatil / Digital	Unidade	04	959,95	3839,80
27	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Aço inoxidável com pintura eletrostática, sem gabinete, Pés com ponteiros plásticos. Sem suporte para rolo de papel lençol. Estrutura, cor branca	Unidade	04	613,87	2455,48
28	Mesa para Computador	Tampo em MDP ou MDF ou Madeira de 15 mm (cinza), Medidas Mínimas: 100x40x78cm, Espaços: monitor de até 20kg; CPU; Impressora; Teclado; Mouse. Base: Aço ou Ferro Pintado (preto ou cinza); Com 02(duas) gavetas (cinza).	Unidade	01	196,80	196,80
29	Seladora	Seladora de mesa. Possui acionamento manual. Confeccionado em aço carbono. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 31cm . Largura para selagem: 10mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Aplicação: Grau Cirúrgico. Controle de Temperatura: Digital.	Unidade	01	621,03	621,03
30	Switch	Portas: 24 (+4SFP), Modo de Operação Gerenciável: Layer 3, Tipo Padrão 19", Taxa Transf. Halfduplex/ Fullduplex, <u>Garantia mínima de 12 meses.</u>	Unidade	01	1.167,80	1167,80
TOTAL						65.553,42

Fonte: Plano de trabalho elaborado e aprovado pelo Ministério da Saúde e média de preços de mercado conforme cotações prévias devidamente juntadas ao processo.

Santa Gertrudes/SP, 18 de agosto de 2016.

Rogério Pascon
Prefeito Municipal

PREGAO PRESENCIAL 21/2016

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Item	Materiais	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Marca	Garan- tia	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Cadeira	Cadeira Fixa em madeira compensado anatômico de 12mm. Estofada com espuma injetada de alta densidade. Revestida em tecido preto. Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado com pintura epóxi na cor preta.	Unida de	06				
02	Balde a pedal / Lixeira	Lixeira Inox com no mínimo 15 Litros Com Pedal E Balde. Cobertura do pedal com textura antiderrapante. Sistema embutido de acionamento. Cesto interno lavável.	Unida de	05				
03	Armário de Madeira	Armário Alto fechado para escritório MDF ou MDP ou madeira, com 02 portas, 3 prateleiras, altura mínima 1,50m, largura 0,70cm, profundidade 0,40 cm., Portas com chave. Cor: Cinza.	Unida de	03				
04	Estante	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras Medidas Mínimas: 176x92x30cm. Cor: Cinza. Com Reforço. Capacidade Mínima (Suporte): 20 Kg.	Unida de	03				
05	Mesa para Impressora	Tampo em MDF de 15mm (Cinza). Pés feitos em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi (Cinza ou Preto). Medidas Mínimas: 50 x 40 x 70 cm.	Unida de	01				
06	Mesa de Escritório	Mesa modelo escrivaninha, em L , tampo 15mm em MDP / MDF ou Madeira (Cinza), pé de ferro com pintura epóxi (preto ou cinza), 2 gavetas com chave (Cinza). Medidas mínimas: 74cm altx60cm largx120cm x comp.	Unida de	02				
07	Biombo	Biombo 03 módulos e 3 partes em tecido branco, estrutura em aço . Medidas Mínimas: 0,6 m x 0,66 m x 0,6 m x 1,75 m (lado x centro x lado x altura).	Unida de	03				
08	Esfigmomanômetro- Adulto	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da	Unida de	02				

		braçadeira: Adulto (circunferência do braço de 18 até 35 cm).						
09	Estetoscópio Infantil	Auscultador Pediátrico 3,5cm, Membrana em plástico rígido, Anel rosqueado de cobre, cromado, Tubo em Y de PVC, Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), Fone biauricular de cobre cromado, Par de oliva e auscultador duplo	Unidade	01				
10	Esfigmomanômetro Obeso	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Obeso (circunferência do braço de 35 até 51 cm).	Unidade	01				
11	Esfigmomanômetro Infantil	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Infantil (circunferência do braço de 10 a 18cm).	Unidade	01				
12	Carro Maca Simples	Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1,1/4"x1,25 mm, Leito fixo em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel, Suporte para soro em inox, pára-choque de borracha, Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm, Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal. Leito estofado. Com colchonete	Unidade	01				
13	Arquivo	Material: Aço, 3 gavetas para pasta suspensa confeccionadas em chapa 24, trilho telescópico. Medidas: 1030x460x550, Cor: Cinza.	Unidade	01				
14	Cilindro de Gases Medicinais	Aço, mínimo de 03L, válvula, manômetro e fluxômetro.	Unidade	02				
15	Laringoscópio Adulto	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02				
16	Laringoscópio Infantil	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02				
17	Balança	Digital. Estrutura em chapa de aço	Unidade	03				

	Antropométrica Adulto	carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g, Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Tamanho da plataforma: 380x290mm.	de					
18	Balança Antropométrica Infantil	Digital. Cobertura em ABS, Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, Pés reguláveis, Função TARA, até 15kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V).	Unida de	03				
19	Oxímetro digital	Tela de fácil leitura com indicador de pulso, Portátil, leve e de fácil uso, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, com 3 sensores: pacientes adultos, pediátricos e neonatos, Tom de pulso e alarmes programáveis, Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis, Indicação da carga da bateria, data e hora, Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções. Características: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor), Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. Possui curva plestimografica.	Unida de	01				
20	Eletrocardiógrafo	03 canais, bateria interna, Memória, Tela LCD, Suporte com Rodízios e Software para exame em computador(APENAS PARA VISUALIZAÇÃO DO EXAME NO COMPUTADOR – FORMATO PDF, COM USO DE PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS). 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de	Unida de	01				

		0.3A, 01 Fusível de 2A, Rolo de papel 58mm/30m, 06 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, possui laudo interpretativo.						
21	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Equipamento portátil, compacto, leve, micro processado, Funcionamento a bateria, IP55 conforme IEC – 60529; Onda bifásica exponencial truncada; autonomia da bateria não recarregável para: 200 choques com carga máxima, 04h de monitoração contínua, Autoteste automático Diário, Semanal e Mensal de funcionamento; Tempo de carga para 150 Joules ≤10 segundos; 02 anos de durabilidade do eletrodo sem utilização Eletrodos adesivos e descartáveis para desfibrilação; Protocolo configura de fábrica de acordo com normas Vigentes, Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento. Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC, Ajuste automático da carga de disparo, Monitoramento do paciente durante RPC, Monitoração da impedância dos eletrodos, Detecção automática do batimento cardíaco, Indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca. Acessórios: 03 eletrodos adesivos descartáveis, Bolsa para armazenamento. Possui tela de ECG.	Unida de	01				
22	Mesa Ginecológica	Gabinete, construído em chapa de aço esmaltado, pés com ponteiros. Tres (3) amplas gavetas, e 2 portas de abrir, suporte para rolo de papel lençol de 0.50 cm. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas regulaveis e estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. Modelo PINTURA - TODA NA COR BRANCO, EM EPOXY MICRO TEXTURIZADO E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCETO PARTES CROMADAS.	Unida de	03				

		ESTOFAMENTOS – PRETO.						
23	Armário de aço	Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas com chave. Medidas: altura 1,98m, profundidade: 0,40m, largura 0,75cm. Pintura Epoxi na Cor Cinza.	Unidade	03				
24	Autoclave Horizontal de Mesa (Até 75l)	Digital, Câmara de Esterilização em aço inoxidável, Dimensões externas mínimas: 47 x 50 x 60cm (A x L x C), Dimensões internas mínimas: 30x 40cm (Ø X comprimento), Peso: 35Kg. Potência e tensão: 1500W /110 ou 220 V, pressão e temperatura: 1Kgf/cm2 /Até 121°C padrão O.M. Capacidade Mínima: 20 litros. Capacidade máxima: 75 litros	Unidade	01				
25	Balança digital para obesos	PESAGEM: Capacidade (kg) x Divisão(g) 300x100; DISPLAY / VISOR: LED Vermelho de alto brilho; DISPLAY DE PESO: 5 Dígitos (Até 999,99); TECLADO: 4 Teclas de Fácil Digitação; DIMENSÃO DO INDICADOR: C 150mm x L 170mm x A 70 mm; TENSÃO: Automático, 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - Fonte Externa; FUNÇÃO: Liga / Desliga / Tara / Zero; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: C 50cm x L 50cm; ALTURA DA COLUNA (COM DOBRADIÇA): 120cm; ANTROPÔMETRO: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm; FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50/60 Hz; CONSUMO MÁXIMO: 15 W; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: De 0° a 40°C; TAPETE: Antiderrapante adesivo na cor Preta. INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 162/04.	Unidade	02				
26	Detector Fetal	Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II – Médio Risco, Faixa de medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto, Tensão (Volts) - 9VDC, Tipo de corrente - CC (Contínua), Equipamento comum – IPX1, Tipo de alimentação - Bateria 9V, Potência Máxima de consumo (mW) - 405, Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%, Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36, Controles - Liga/desliga, Volume, Indicadores - Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitais). Portatil /	Unidade	04				

		Digital						
27	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Aço inoxidável com pintura eletrostática, sem gabinete, Pés com ponteiros plásticos. Sem suporte para rolo de papel lençol. Estrutura, cor branca	Unidade	04				
28	Mesa para Computador	Tampo em MDP ou MDF ou Madeira de 15 mm (cinza), Medidas Mínimas: 100x40x78cm, Espaços: monitor de até 20kg; CPU; Impressora; Teclado; Mouse. Base: Aço ou Ferro Pintado (preto ou cinza); Com 02(duas) gavetas (cinza).	Unidade	01				
29	Seladora	Seladora de mesa. Possui acionamento manual. Confeccionado em aço carbono. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 31cm . Largura para selagem: 10mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Aplicação: Grau Cirúrgico. Controle de Temperatura: Digital.	Unidade	01				
30	Switch	Portas: 24 (+4SFP), Modo de Operação Gerenciável: Layer 3, Tipo Padrão 19", Taxa Transf. Halfduplex/ Fullduplex, <u>Garantia mínima de 12 meses.</u>	Unidade	01				
TOTAL								

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas da ABNT.

Dados cadastrais da proponente:

Razão Social: _____

Endereço: _____

Município/UF: _____ Bairro: _____

Fone: (_____) _____ Fax: (_____) _____

CNPJ (MF): _____

E-mail: _____

Dados Bancários: Banco: _____; Agência: _____; Conta Corrente: _____

Validade da proposta: _____ (_____) dias corridos (mínimo 60 dias)

Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: as notas fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o dia 10 do mês subsequente;

Prazo de **entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação deste certame.**

Locais de entrega: Rua Olavo Basso, nº 535 – Parque Jequitibas II – PSF Jequitibás (UBS Catarina Caetano Demarchi).

Prazo de **garantia:** Discriminar o prazo de garantia de CADA ITEM, SEGUNDO SEU FABRICANTE.(**ATENTAR-SE PARA QUE ALGUNS ITENS POSSUEM GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA CONFORME CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA SAUDE (ANEXOS I e VIII).**)

Condições de Assistência Técnica: DISCRIMINAR AS CONDIÇÕES;

Locais de Assistência Técnica: DISCRIMINAR OS LOCAIS;

Declaramos que assumimos o fornecimento dos materiais, por nossa conta e risco, ficando sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade a entrega das mesmas diretamente na área da educação.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas da ABNT.

Local e Data: _____

Carimbo e Assinatura: _____

PREGÃO PRESENCIAL 21/2016

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/_____, CEP: _____, Telefone (_____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 21/2016

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que não se encontra penalizada por declaração de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 21/2016

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz (____). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 21/2016

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que
faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal De Santa
Gertrudes /SP.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02
(DOCUMENTAÇÃO)

PREGÃO PRESENCIAL 21/2016

ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº (de Origem)

OBJETO: Aquisição, Por Fornecimento Integral E A Pedido, De Material Permanente Para Equipar O Psf Jequitibás (Catarina Caetano Demarchi) – Proposta De Aquisição De Equipamento / Material Permanente (Ministério Da Saúde) Nº 13879.576000 / 1140-01(**REMANESCENTES**).

CONTRATADA:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 709, de 14 de fevereiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santa Gertrudes/SP, ____ de _____ de 2016.

Contratada: _____

Contratante: Prefeitura do Município de Santa Gertrudes/SP